



Kjærulf  
Pedersen a/s

PR electroics A/S  
Lerbakkevej 10  
8410 Rønde

Att.: Peter Friis

Taastrup, den 17. Juni 2009  
KKP/bh

### OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi bekræfter hermed, at produktet

<b>KP-varenr.:</b>	KP5751012KLA
<b>PR-varenr.:</b>	7430B
<b>Modstandsføler type:</b>	RT type RC1, 1xPt100 klasse A, 4-leder, W.Nr. 14571 Ø6x60 mm 5 m SS 4x0,22 mm <sup>2</sup> , -80+180°C
<b>Fremstillet af:</b>	Kjærulf Pedersen a/s Taastrupgårdsvej 8-10 2630 Taastrup
<b>Opfylder følgende standard:</b>	DIN kl.A EN 60751
<b>Er produceret i henhold til:</b>	DIN IEC 751 DIN 43763

Med venlig hilsen  
**Kjærulf Pedersen a/s**

Kasper Kjærulf Pedersen