

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

(5331\_5334DoC\_101)

Als Hersteller bescheinigt

**PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde**

hiermit für das folgende Produkt:

**Typ: 5331 / 5334**

**Name: 2-Draht Universal Messumformer**

**Ab seriennr.: 150802000**

die Konformität mit folgenden Richtlinien und Normen:

Die EMV Richtlinien und nachfolgende Änderungen

bis 2016.04.19: 2004/108/EG

ab 2016.04.20: 2014/30/EU

**EN 61326-1 : 2013**

Zur Spezifikation des zulässigen Erfüllungsgrades, siehe die Elektrische Daten des Gerätes.

Die ATEX Richtlinien und nachfolgende Änderungen

bis 2016.04.19: 94/9/EG

ab 2016.04.20: 2014/34/EU

**EN 60079-0 : 2012, EN 60079-11 : 2012, EN 60079-15 : 2010  
und EN 60079-26 : 2007**

**ATEX-Zertifikat: KEMA 10ATEX0002 X (5331A / 5334A)**

**ATEX-Zertifikat: KEMA 06ATEX0062 X (5331D / 5334B)**


Zulassungsstelle:

**DEKRA Certification B.V. (0344)  
Meander 1051, 6825 MJ Arnhem  
P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem  
The Netherlands**

Die RoHS2 Richtlinien 2011/65/EU

**Dieses Produkt ist konform mit den Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU  
(Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und  
Elektronikgeräten).**

Rønde, 22. Dezember 2016



Stig Lindemann, CTO

Unterschrift des Herstellers